



โรงพยาบาลทองแสนขัน  
THONGSAENKHAN HOSPITAL

HS4 6-3.1

# 3. ผลการตรวจสอบและบำรุงรักษาตามรอบเวลาของเครื่องมืออุปกรณ์ ทางการแพทย์และสาธารณสุข

บริษัท เมดคอล แคร่ จำกัด  
183/4 ม.2 ต.สุรศักดิ์ อ.ทรีราช จ.ชลบุรี  
โทร. (038) 312984 โทรสาร. (033) 670305 เลขที่ 43  
วันที่ 21/6/65

เลขที่ : 224

รายละเอียดงาน Preventive Maintenance และบริการ

ชื่อผู้รับบริการ: หนองแสนขัน เครื่องยี่ห้อ: Bitnor  
โรงพยาบาล: หนองแสนขัน รุ่น: Sat 8014  
หน่วยงาน: ER หมายเลขเครื่อง: 99193025  
โทรศัพท์: 99193033  
วันที่: 21/6/65 ถึงกำหนด: 21/12/65

ลายมือชื่อผู้ปฏิบัติงาน: อภิรักษ์ ไชยกุล  
(นางอภิรักษ์ ไชยกุล)

รายละเอียดการตรวจ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ตรวจสอบระบบ Control/ Switches	/		
ตรวจสอบระบบแสดงผลหน้าจอ	/		
ตรวจสอบป้ายแสดงบนเครื่อง	/		
ตรวจสอบและตั้งค่าเวลานาที	/		
ตรวจสอบระบบเสียงเตือน	/		
ตรวจสอบระบบพลังงานจากแบตเตอรี่	/		
ตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบเครื่อง	/		
<input type="checkbox"/> Lead EKG Cable, S/N.....			
<input type="checkbox"/> Extension SpO2, S/N.....			
<input checked="" type="checkbox"/> SpO2 Cable, S/N.....	/		
<input type="checkbox"/> Temp Cable, S/N.....			
<input checked="" type="checkbox"/> สายไฟ AC	/		
<input type="checkbox"/> Temp Cable, S/N.....			
อื่นๆ			
รายละเอียดการทดสอบ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ระบบการชาร์จ	/		
ระบบการวัดค่า ECG	/		
ระบบการวัดค่า Spo2	/		
ระบบการวัดค่า NIBP			
ระบบการวัดค่า TEMP			
ระบบการวัดค่า IBP			
ระบบการวัดค่า CO2			
ระบบการวัดค่า GAS			
ระบบการวัดค่าอื่นๆ			

สรุปผลการตรวจ: เครื่องใช้งานได้ทั้งหมด

.....  ผ่าน  ไม่ผ่าน

บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 222,222/1-2 อาคารเวสต์คอน คอมเพล็กซ์ ชั้น 10 หมู่ที่ 1 ถ.รัตนธิเบศร์ ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110  
โทร : 0-2527-8075-8, 0-2966-6467-8 โทรสาร : 0-2966-6471 www.saintmed.com อีเมล : info@saintmed.com

SAINTMED

เลขที่ 009 Check List Preventive Maintenance (Ultrasound) เลขที่ 0426

ชื่อผู้รับบริการ: หนองแสนขัน เครื่อง: Ultrasound  
โรงพยาบาล: หนองแสนขัน ยี่ห้อ: Mindkey  
หน่วยงาน: ER รุ่น: DP-30  
โทรศัพท์: 99193033 หมายเลขเครื่อง: CA9-480 00049  
วันที่: 21/6/65 Application: 3.4.1 (10242) ถึงกำหนด: 21/12/65  
เลขกำกับเครื่อง: 6625-008-0018-002/02  
Mac Address: 00:F1:14:11:19:59

Accessories Quality Check	P	F	N/A	หมายเหตุ
Main Unit	/			
Monitor / Support arm	/			
TV Screen	/			
Ultrasound Probe	/			
Model: SSC-47/Sn: ASD 334036	/			
Model: SSC-39/Sn: ADC 10132025	/			
Model: Sn	/			
Model: Sn	/			
Model: Sn	/			
Control Panel / Tackball	/			
Printer	/			
DVD-RW /USB	/			
Power Supply / UPS	/			
Device Labeling	/			
EKG Module / EKG Cable	/			
I/O Panel	/			
Battery	/			
Fiber	/			
Dust Cover / Filter	/			
Rolling stand/Trolley	/			
Cable Connection	/			
AC Power cord	/			

Quality Test	P	F	N/A	หมายเหตุ
ระบบการทำงานของเครื่อง	/			
Self Test (Windows OS)	/			
Operation System Test	/			
Application Test	/			
LCD/Display Test	/			
Touchscreen Test	/			
Control & Key Switch Test	/			
Ultrasound Probe Test	/			
Image Function Test	/			
Printer Function Test	/			
DICOM Test	/			
Battery Charge Test	/			
Battery Power Test	/			
Sound & Alarm Test	/			
Date&Time Test	/			
HDD Storage Condition	/			
Import & Export Test	/			
Backup data	/			
Mechanism Test	/			
Cleaning	/			

สรุปผลการตรวจ: ปกติ

การรับประกัน:  ในระยะประกัน  ผ่าน  
 นอกระยะเวลาประกัน  ไม่ผ่าน  
 Service Contract

ลายมือชื่อลูกค้า: .....  
ลายมือชื่อผู้ปฏิบัติงาน: .....  
วันที่: 21/6/65

ใบรายงานผลการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ โดยบริษัทคู่สัญญา/อยู่ในระยะประกัน